

БАТЛАВ: НИЙГМИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗАМЫН ОРЛОГЧ

ДАРГА

Ц.ХҮРЭЛБААТАР



УБТЗ-н ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2021 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Техник үзүүлэлт
1	Дуслын памп	10	Ажиллагааны горим: Хурд, Хугацаа, Дусал Хурд: 0,1-1500мл/ц Хугацаа: 00:00:01- 99:59:59(ц.м:с) Хийх шингэний хэмжээ: 0.1-9999мл Нарийвчлал: 0.1мл Хийгдсэн шингэний хэмжээ: 0.1-9999мл LCD дэлгэцтэй байх Хэрэглэхэд хялбар Цэнэглэгддэг батарейтэй Өргөн хэрэглээний систем таардаг байх
2	Каталк	3	Ойролцоогоор 1900х600х750мм Түгжигддэг дугуйтай Бат бөх Чийг татахгүй зөөлөн матрасстай Дуслын штативтай

Хянасан: ЦБ

С. Еркегүл

БАТЛАВ: НИЙГМИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗАМЫН ОРЛОГЧ

ДАРГА

Ц.ХҮРЭЛБААТАР

УБТЗ-н ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2021 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Техник үзүүлэлт
1	Отсос	15	Урсгалын хурд: 25 л/мин болон дээш байх Шингэн хэт дүүрэхээс хамгаалсан хавхлагатай байх Шингэн цуглуулах сав: 2 литр болон түүнээс дээш багтаамжтай 2 ширхэг шингэн цуглуулах савтай байх Хөл педиаалтай байх Тосгүй мотортой байх Дуу чимээ багатай байх Соролтын түвшинг тохируулах боломжтой байх Соролтын хэмжээг заах манометртэй байх Сорох даралт /хамгийн их утга/: ≥ 90 паскаль Дуу чимээ: ≤ 65 децибилл Цахилгаан тэжээл: 220В \pm 22В, 50Гц \pm 1Гц Чадал: 180ВА

Хянасан: ЦБ

С. Еркегүл

БАТЛАВ: НИЙГМИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗАМЫН ОРЛОГЧ

ДАРГА

Ц.ХҮРЭЛБААТАР

УБТЗ-н ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2021 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Техник үзүүлэлт
1	Тарианы памп	10	<p>Шингэнийг тариур ашиглан өндөр нарийвчлалтайгаар хэмжээ болон хурдыг тохируулан шахах</p> <p>Олон төрлийн шингэнд зориулагдсан (дуслын шингэн, эм тариа) байх</p> <p>Удирдлагын хэсэгтэй байх</p> <p>Дэлгэцийн хэмжээ: 3 инчийн LCD дэлгэцтэй байх</p> <p>Урсгалын хурд: 0,1-1500мл/цаг байх (тариурын хэмжээнээс хамаарч болно)</p> <p>5, 10, 20, 30, 50/60 мл -ийн тариур ашиглах боломжтой байх</p> <p>Эзэлхүүн: 0,1-9999мл</p> <p>Нарийвчлал ±2%</p> <p>Бүртгэл: 1500 үр дүн хадгалах боломжтой байх</p> <p>Цахилгаан тэжээл: 100-240В, 50/60 Гц</p> <p>Дахин цэнэглэгдэх батарейтай байх</p> <p>Батарейгаар ажиллах хугацаа: 6 цагаас багагүй</p> <p>Батарейн цэнэглэх хугацаа: 5 цагаас ихгүй</p> <p>Дохиололтой байх: Бөглөрөх, Тариурыг буруу угсарсан, урсгалын алдаа, тариур түгжигдээгүй, Тариа дуусах, Тариа дуусах дөхөж байгааг урьдчилан мэдэгдэх дохио, Батарейн цэнэг дуусаж байгааг мэдээлэх дохио, Цахилгаан тэжээл тасарсан үед дохиолол өгөх</p>

			<p>Урсгалын хурд: 0 - 5л/мин байх Хүчилтөрөгчийн цэвэршилт: 93%+/-3% байх Гаралтын даралт: ойролцоогоор 59 KPa байх Амьсгалын хамрын канюльтай байх Бактерийн эсрэг байнгын фильтертей байх Дуу чимээ - 43ДБ ихгүй байх</p>
2	Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч	3	<p>Дохиоллын систем: Дуут болон харагдах дохиололтой байх /Audible and visual/, Өндөр нам даралт /High/low pressure/, Цахилгаан тэжээл тасарсан үед, Урсгалын хурд багассан, Хүчилтөрөгчийн цэвэржилт багассан үед</p>

Хянасан: ЦБ



С. Еркегүл